UPUTE ZA PRIMJENU

CE IVD

Parasite Suspensions u formalinu

NAMJENA

Microbiologicsove suspenzije parazita osnova su svakog programa osiguranja kvalitete budući da se koriste kao analizatori kontrole kvalitete sa specifičnim populacijama parazita poznatih obilježja. Program se osiguranja kvalitete temelji na korištenju ovih uzoraka kojima se analizira kontrola kvalitete, dokumentira učinkovitost osoblja u obavljanju postupaka i omogućuje pravilno očitavanje rezultata mikroskopskog testa. Microbiologicsove se suspenzije parazita mogu koristiti u obrazovnom okruženju u sklopu nastavno-obrazovnog programa.

SAŽETAK I OBJAŠNJENJE

Navedeni se tipovi uzoraka uobičajeno koriste za testiranje učinkovitosti osoblja kod određivanja i provođenja testova za pojedine organizme ili u sklopu nastavno-obrazovnog programa.

NAČELA

Ovisno o značajkama pojedinog organizma ovaj se proizvod može primijeniti u jednoj, ili više, sljedećih tehnika:

- Imunoanalizi za otkrivanje antigena
- Mokrom mikroskopskom pregledu oralne šupljine za promatranje morfoloških značajki pojedinog organizma
- Bojanju acidorezistentnih organizama za promatranje postupka bojanja i morfoloških značajki pojedinog organizma

SASTAV

- Paraziti (Pogledajte katalog ili posjetite internetsku stranicu: www.microbiologics.com za pojedinosti o svakom pojedinom parazitu)
- Fekalna materija
- Otopina formalina, prirodno puferirana, 10%

Microbiologics®

A safer, healthier world.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

OPASNO. Otrovno ako se proguta. Otrovno ako se udiše. Mogući uzrok nastanka raka.

- Primjenjuje se samo kod in vitro dijagnostike.
- Samo za profesionalnu upotrebu.
- Pročitajte MSDS koji je dostupan na Microbiologicsovoj internetskoj stranici www.microbiologics.com, za detaljne mjere opreza i sigurnosne upute.
- Ne rukujte s proizvodom dok ne pročitate u cijelosti sigurnosne mjere opreza koje morate u potpunosti razumjeti.
- Obavezno koristite osobnu zaštitnu opremu. Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči i lice.
- U SLUČAJU GUTANJA: Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili se obratite liječniku. Isperite usta.
- U slučaju izloženosti ili zahvaćenosti: Zatražite savjet/pomoć liječnika.
- Uzrokuje nadraživanje kože. Temeljito operite ruke nakon rukovanja s proizvodom.
- Može izazvati pojavu alergijske reakcije na koži.
- Može izazvati oštećenja organa.
- Kontaminirana radna odjeća ne smije se nositi izvan radnog prostora.
- Uzrokuje ozbiljno nadraživanje očiju. U SLUČAJU DOTICAJA SA OČIMA: Pažljivo ih ispirite s vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće. Nastavite sa ispiranjem. U slučaju nadraženosti očiju: Zatražite savjet/pomoć liječnika.
- Može izazvati nadraživanje dišnih putova. Izbjegavajte udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. Koristite isključivo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
- Prilikom korištenja ovog proizvoda zabranjeno je jesti, piti ili pušiti.
- Zbog sigurnosti cjelokupnog osoblja postupajte sa ovim suspenzijama u kojima se nalaze fiksirani, umrtvljeni mikroorganizmi kao biološkim materijalom koji ugrožava čovjeka i njegovu okolinu.
- Laboratorij mora biti opremljen i imati mogućnost prijema, obrade, održavanja, skladištenja i odlaganja biološkog materijala koji ugrožava čovjeka i njegovu okolinu.
- Svi su Microbiologicsovi proizvodi i ambalaže proizvedeni bez upotrebe lateksa.

UPUTE ZA MIJEŠANJE

Uzorak snažno protresite ili intenzivno vorteksirajte kako biste ga promiješali.

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

Suspenzije parazita potrebno je skladištiti na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku. Suspenzije parazita koje čuvate u hladnjaku pustite da se zagriju na sobnu temperaturu prije same upotrebe.

Skladište u dobro prozračenom prostoru. Držite spremnik dobro zatvorenim. Skladište mora biti zaključano.

Rok upotrebe ovih proizvoda je dvije godine od datuma proizvodnje.

Suspenzije parazita ne smijete upotrebljavati ako:

- su nepropisno skladištene.
- je njihov rok upotrebe istekao.

Poštujte državne i lokalne propise prilikom odlaganja ovog proizvoda.

UPUTE ZA PRIMJENU

Ovi se uzorci mogu koristiti kod mokrog mikroskopskog pregleda oralne šupljine, otkrivanja antigena i bojanja acidorezistentnih organizama.

Kod obavljanja svih postupaka:

1. Kako biste temeljito promiješali suspenziju snažno ju protresite ili ju intenzivno vorteksirajte.
2. Pustite da suspenzija odleži od 5 do 10 minuta prije nego što ju primijenite u postupku testiranja.
3. Pažljivo umetnite pipetu na dno bočice i kapnite jednu kap kako biste započeli s testiranjem.
4. Pročitajte standardne operacijske procedure u laboratoriju, opis bojanja ili upute proizvođača za korištenje opreme za testiranje.

POTREBAN PRIBOR I OPREMA KOJI SE NE ISPORUČUJU

- Brojač
- Prijenosne pipete
- Pribor naveden u standardnim operacijskim procedurama ili druga oprema koja se koristi

KONTROLA KVALITETE

Pročitajte standardne operacijske procedure u laboratoriju ili upute proizvođača o zahtjevima kontrole kvalitete.

OGRANIČENJA

Ovaj se proizvod možda neće moći koristiti u svim postupcima i sa svim vrstama opreme. Molimo Vas pročitajte upute proizvođača o opremi u kojima su navedene pojedinosti o uzorkovanju. Samo za profesionalnu upotrebu.

MIKROBIOLOŠKI STATUS

U ovom se uzorku nalaze fiksirani i umrtvljeni organizmi.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

LOT	Kôd serije (šarže)
	Opasnost za zdravlje
REF	Referentni katalog
	Pažnja, pogledajte upute za upotrebu
	Pročitajte upute za upotrebu
IVD	Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku
	Proizvođač
	Granična temperatura
	Koristi
	Akutna toksičnost
CE	Oznaka CE
EC REP	Ovlašteni predstavnik unutar Europske unije

JAMSTVO

Jamčimo da ovi proizvodi posjeduju karakteristike i učinkovitost kako je navedeno i ilustrirano na umetnutim prikazima, uputama i u popratnoj literaturi. Izričito ili podrazumijevano jamstvo je ograničeno u sljedećim slučajevima:

1. Kada prilikom izvođenja postupaka u laboratoriju nisu poštivane pisane i ilustrirane upute.
2. Kada primjena proizvoda nije u skladu s primjenom navedenom na umetnutim prikazima, uputama i u popratnoj literaturi.

REFERENCE

1. Ash, L.R., and Orihel, T.C. Atlas of Human Parasitology- 2nd Ed. (American Society of Clinical Pathologists, 1984)
2. Garcia, L.S. A Practical Guide to Diagnostic Parasitology (ASM Press, 2009)

INTERNETSKA STRANICA

Posjetite našu internetsku stranicu kako biste provjerili tehničke podatke i dostupnost proizvoda.
www.microbiologics.com

PODACI

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA

Korisnička podrška
Tel. 320-253-1640
Besplatni telefon 800-599-BUGS (2847)
Adresa elektroničke pošte: info@microbiologics.com

Tehnička podrška
Tel. 320-229-7045
Besplatni telefon unutar SAD-a: 866-286-6691
Adresa elektroničke pošte:
techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com

EC REP MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
Tel. 33 (0)4 76 86 43 22
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82
Adresa elektroničke pošte:
info@medimark-europe.com

ILUSTRIRANE UPUTE

1

Temeljito promiješajte suspenziju tako da ju snažno protresete ili intenzivno vorteksirate.



2

Pustite da suspenzija odleži od 5 do 10 minuta prije nego što ju primijenite u postupku testiranja.



3

Pažljivo umetnite pipetu na dno bočice i kapnite jednu kap kako biste započeli s testiranjem.

Pročitajte standardne operacijske procedure u laboratoriju, opis bojanja ili upute proizvođača za obavljanje testiranja.



Microbiologics®

A safer, healthier world.