

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



QC Microbiology Slides

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Lamele pentru controlul calității microbiologice sunt preparate pe lame pentru microscop care conțin populații specifice de organisme cu caracteristici cunoscute și predictibile. Aceste lame susțin programele formale de asigurare a calității servind ca teste de detecție în controlul calității pentru a verifica performanța reactivilor de colorație, a metodelor de colorație și performanța personalului care interpretează examenele microscopice.

REZUMAT ȘI EXPLICAȚIE

O sursă de încredere de lame pentru controlul calității microbiologice este esențială. Preparatele pe lame pentru microscop care conțin populații specifice de microorganisme cu caracteristici de colorație și morfologie microscopică cunoscute și predictibile sunt utilizate în controlul calității, în educație și programe de perfecționare.

Utilizarea lamelor preparate cu microorganisme de testare fixă este bine documentată și recomandată cu rol de testare de detecție în controlul calității. **Lamele pentru controlul calității microbiologice** constau din șase grupe de preparate pe lame pentru microscop, care includ:

- Preparate de control de colorație acido-rezistente
- Paraziți sanguini
- Ciuperci tisulare
- Paraziți intestinali
- Preparate de control pentru colorație Gram
- Preparate de control micologice

PRINCIPIU

Fiecare lamă Microbiology QC este etichetată cu descrierea lamei. Descrierea produsului detaliază materialul de testare de detecție furnizat pe fiecare lamă, iar notația de referință (ref ...) prezintă informații cu privire la utilizarea efectivă a materialului de testare de detecție în laborator.



COMPOZIȚIE

Lamele pentru controlul calității microbiologice sunt ambalate într-o cutie cu 10 lame. Fiecare cutie conține:

- Una sau două populații de microorganisme conservate, neviabile, uscate la aer
- Instrucțiuni de utilizare

Detaliile populațiilor specifice de microorganisme și metoda de conservare sunt menționate la secțiunea privind descrierea produsului de mai jos.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Aceste produse sunt destinate numai utilizării in-vitro.
- Nu sunt destinate consumului uman, animal sau al animalelor de companie.
- **Lamele pentru controlul calității microbiologice** nu conțin niciuna dintre substanțele periculoase menționate în Directiva 67/548/CEE sau în Regulamentul 1272/2008/CE.
- Consultați Scala descriptivă simplă (SDS) pentru informații mai detaliate. SDS poate fi găsită pe site-ul nostru web la adresa **www.microbiologics.com** sau contactând serviciul de Asistență tehnică la numărul **1.320.229.7045**.
- Natura neviabilă a acestor produse exclude materialele dintr-o clasificare a substanțelor cu pericol biologic.
- Pentru eliminarea adecvată a lamelor de microscopie din sticlă trebuie luată în vedere evitarea leziunilor survenite în urma spargerii. Eliminați lamele de microscopie din sticlă în conformitate cu protocolul laboratorului dvs. și în conformitate cu cerințele de reglementare.
- **Lamele pentru controlul calității microbiologice** nu sunt fabricate cu latex din cauciuc natural.

MATERIALE NECESARE, DAR CARE NU SUNT FURNIZATE

- Nu sunt furnizați reactivii de colorație și materialele specificate în protocolul fiecărui laborator.
- Nu sunt furnizate echipamentul și materialele necesare pentru examinare microscopică, după cum se specifică în protocolul fiecărui laborator.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lamele pentru controlul calității microbiologice sunt pregătite pentru colorație. Nu este necesară manipularea sau procesarea suplimentară.

1. Efectuați colorația lamei conform instrucțiunilor fabricantului reactivului de colorație sau conform metodei de colorație a laboratorului.
2. Examinați microscopic cercurile de colorație (de exemplu imersie în ulei).
3. Înregistrați rezultatele testului în conformitate cu protocolul dvs. privind asigurarea calității în laborator.

DEPOZITARE ȘI EXPIRARE

Lamele pentru controlul calității microbiologice trebuie păstrate în condiții de mediu uscat, la temperatura camerei (15 °C – 30 °C) în recipientul original, pentru a evita efectele adverse ale căldurii, umezelii și prafului. În condițiile de păstrare conform instrucțiunilor, testele de detecție a microorganismelor vor păstra, până la data de expirare menționată pe eticheta dispozitivului, specificațiile și performanța aferente, în limitele menționate.

Lamele pentru controlul calității microbiologice nu trebuie utilizate dacă:

- Sunt depozitate necorespunzător
- Există dovezi de expunere excesivă la căldură sau umiditate
- Data de expirare este depășită

LIMITĂRI

Este posibil ca produsul să nu fie adecvat pentru utilizare cu toate trusele și procedurile. Vă rugăm să consultați instrucțiunile fabricantului trusei pentru detalii privind probele. Numai pentru uz profesional.

STAREA MICROBIOLOGICĂ

Această probă conține organisme fixe, neviabile.

LEGENDA SIMBOLURILOR



Cod serie (Lot)



Fabricantul



Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro



Limitarea temperaturii



Număr de catalog



A se utiliza până



Precauție, consultați documentele însoțitoare



Marcaj CE



Consultați Instrucțiunile de utilizare



Reprezentant autorizat în
Comunitatea Europeană

GARANȚIA PRODUSULUI

Aceste produse sunt garantate în sensul îndeplinirii anumitor specificații și a anumitor parametri de performanță tipăriți și ilustrați în prospectele produselor, în instrucțiuni și în literatura de susținere. Garanția, expresă sau implicită, este limitată atunci când:

- Procedurile utilizate în laborator sunt contrare indicațiilor și instrucțiunilor tipărite și ilustrate
- Produsele sunt utilizate pentru alte destinații decât utilizarea preconizată menționată în prospectele produsului, în instrucțiuni și în literatura de susținere

SITE WEB

Vizitați site-ul nostru web, www.microbiologics.com, pentru informații tehnice actualizate, disponibilitatea produselor, curățarea în caz de pericol biologic, cerințe de cultură și Certificatul de analiză.

CONFIRMĂRI



Microbiologics, Inc.

200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 SUA

Servicii pentru clienți

Tel. 320-253-1640

Apel netaxabil SUA 800-599-BUGS (2847)

E-mail: info@microbiologics.com

Asistență tehnică

Tel. 320-229-7045

Apel netaxabil SUA 866-286-6691

E-mail: techsupport@microbiologics.com

www.microbiologics.com



MediMark® Europe

11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

Tel. 33 (0)4 76 86 43 22

Fax. 33 (0)4 76 17 19 82

Email: info@medimark-europe.com



*Emblema ATCC Licensed Derivative, marca verbală a ATCC Licensed Derivative și mărcile de catalog ATCC sunt mărci comerciale ale ATCC. Microbiologics, Inc. este autorizată să folosească aceste mărci comerciale și să comercializeze produse derivate din culturi ATCC®.